




Avaira Vitality™

Alto desempenho. Valor excepcional.



CooperVision®
Live Brightly.®



Se você tem miopia ou hipermetropia e deseja o melhor custo/benefício, escolha as lentes de contato Avaira Vitality™ da CooperVision® para uma tecnologia de lentes excepcional a um preço surpreendentemente acessível. Elas são feitas de um material avançado de silicone hidrogel desenvolvido especialmente para proporcionar conforto duradouro, fácil manuseio* e uma experiência de uso saudável. As lentes de contato Avaira Vitality™ têm os mesmos recursos de desenho óptico confiáveis que as nossas lentes de contato premium Biofinity® para ajudar a proporcionar uma visão nítida e clara.

Programa de substituição

 Mensal

Correções



Miopia



Hipermetropia

Recursos que você vai adorar

- O SNA – Sistema Neutralizador de Aberrações™ foi projetado para melhorar a qualidade da visão, minimizando uma imperfeição óptica† comumente encontrada nos olhos.¹
- O material avançado atrai moléculas de água naturalmente, mantendo a superfície da lente úmida o dia todo.
- A alta transmissão de oxigênio permite que seus olhos obtenham 100% do oxigênio que precisam‡, o que ajuda a mantê-los livres de vermelhidão² e saudáveis^{§3}
- O filtro de proteção UV da mais alta classe disponível em uma lente de contato ajuda a proteger seus olhos de 90% da transmissão de UVA e 99% de UVB.^{||}



* Com base em classificações subjetivas na colocação e após 1 mês. Resultados de um estudo cruzado prospectivo, duplo-cego, randomizado e bilateral que comparou as lentes de contato Avaira Vitality™ com lentes esféricas reutilizáveis de uma marca concorrente.

† Aberração esférica.

‡ Durante o uso diário.

§ Com maior permeabilidade ao oxigênio do que os materiais de hidrogel, as lentes de contato de silicone hidrogel minimizam ou eliminam os sinais e sintomas relacionados à hipóxia durante o uso das lentes.

|| Atenção: As lentes de contato com absorção de UV não substituem óculos de proteção com absorção de UV, como óculos de proteção ou óculos de sol com absorção de UV, porque não cobrem completamente os olhos e a área circundante. Os pacientes devem continuar a usar óculos com absorção de UV conforme orientado.

Referências:

1. Kollbaum P, Bradley A. Aspheric contact lenses: fact and fiction. Contact Lens Spectrum 2005;20:34–9.
2. Dados de CVI em arquivo 2017. Prospective, multi-center, bilateral 2-week wearing study with Avaira Vitality. N=63.
3. Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467–472.

©2021 CooperVision

CooperVision® é uma marca comercial registrada da The Cooper Companies, Inc. e de suas subsidiárias. Avaira Vitality™ e Sistema Neutralizador de Aberrações™ são marcas comerciais da The Cooper Companies, Inc. e de suas subsidiárias.

